

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
53340—  
2009

---

# ПРИБОРЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

## Общие технические условия

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2011

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0 — 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный орден «Знак Почета» научно-исследовательский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского» (ФГУП «ЦНИИГАиК»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 404 «Геодезия и картография»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 мая 2009 г. № 154-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2011 г.

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

**Содержание**

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Классификация геодезических приборов . . . . .	2
4 Технические требования . . . . .	2
5 Правила приемки . . . . .	4
6 Методы испытаний . . . . .	4
7 Транспортирование и хранение . . . . .	6
8 Требования безопасности . . . . .	7
9 Указания по эксплуатации . . . . .	7
10 Гарантии изготовителя . . . . .	7
Приложение А (рекомендуемое) Виды и условные обозначения геодезических приборов . . . . .	8
Приложение Б (рекомендуемое) Перечень основных параметров и характеристик геодезических приборов, подлежащих включению в технические условия и стандарты . . . . .	9
Библиография . . . . .	10



## ПРИБОРЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

## Общие технические условия

Geodetic instruments. General specifications

Дата введения — 2010—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на геодезические приборы и устанавливает их классификацию, технические требования и методы испытаний.

Настоящий стандарт не распространяется на приборы, применяемые для производства маркшейдерских, гидрометеорологических и гидрографических работ.

Примечание — В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 21830 и ГОСТ 22268.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.563—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений

ГОСТ 2.601—2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602—95 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

ГОСТ 4.417—86 Система показателей качества продукции. Приборы геодезические. Номенклатура показателей

ГОСТ 9.014—78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 27.410—87\* Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 14.192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15114—78 Системы телескопические оптических приборов. Визуальный метод определения предела разрешения

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 21830—76 Приборы геодезические. Термины и определения

ГОСТ 22268—76 Геодезия. Термины и определения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 27.403—2009.

### 3 Классификация геодезических приборов

3.1 Геодезические приборы подразделяют по функциональному назначению, точности, физической природе носителей информации и условиям эксплуатации.

3.1.1 По функциональному назначению геодезические приборы подразделяют на виды. Виды и условные обозначения геодезических приборов приведены в приложении А.

3.1.2 По точности геодезические приборы разделяют на высокоточные, точные (средней точности) и технические.

3.1.3 По физической природе носителей информации выделяют приборы нескольких групп: механические, оптико-механические, электронные, оптико-электронные и радиотехнические.

3.1.4 По условиям эксплуатации геодезические приборы подразделяют на лабораторные (стационарные) и полевые (передвижные и носимые).

3.2 Геодезические приборы конкретных типов допускается классифицировать по типу отсчетных устройств, конструкции осевых систем, виду зрительных труб, наличию компенсатора углов и другим признакам, определяющим конструктивные особенности.

### 4 Технические требования

4.1 Геодезические приборы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и/или технических условий на приборы конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

#### 4.2 Характеристики

4.2.1 Перечень требований, определяющих эксплуатационные характеристики геодезических приборов, подлежащих включению в стандарты и технические условия на приборы конкретных типов, приведен в приложении А.

4.2.2 Движение подвижных частей геодезических приборов должно осуществляться плавно без скачков и заеданий.

Допускаемые значения моментов сил трения покоя для подвижных частей устанавливают в стандартах и технических условиях на приборы конкретных типов.

4.2.3 Диапазон сходимости пучков лучей в пространстве изображений за счет перемещения окуляров оптических систем — в пределах  $\pm 5$  дптр.

4.2.4 К зрительной трубе геодезического прибора устанавливают следующие требования:

- наличие прямого изображения; для высокоточных приборов допустимо обратное изображение (трубы астрономического типа);

- обеспечение четкого и контрастного изображения визирных целей;

- обеспечение четкого изображения штрихов шкал и сеток (в том числе при включенной подсветке поля зрения);

- коэффициент рассеяния — не более 0,1.

Предел разрешения зрительной трубы в центре поля зрения  $\varphi$  рассчитывают по формуле

$$\varphi = \frac{120}{D_{\text{вх}}} K, \quad (1)$$

где  $D_{\text{вх}}$  — диаметр входного зрачка трубы, мм;

$K$  — коэффициент, устанавливаемый в технических условиях на прибор конкретного типа в зависимости от оптической схемы трубы.

Коэффициент пропускания  $\tau$  зрительной трубы рассчитывают по формуле

$$\tau = 0,7\gamma, \quad (2)$$

где  $\gamma$  — коэффициент, устанавливаемый в технических условиях на приборы конкретных типов в зависимости от сложности оптической системы.

4.2.5 Геодезические приборы для угловых и линейных измерений снабжают оптическим или лазерным центриром, встраиваемым в подвижную часть прибора (за исключением высокоточных средств измерений).

4.2.6 Электропитание геодезических приборов осуществляют от сменных внешних и/или встраиваемых источников постоянного тока, при этом приборы снабжают индикацией текущего значения емкости заряда источника питания.

4.2.7 Электронные геодезические приборы оснащают табло для отображения результатов измерений, обеспечивающим получение отсчетов в солнечную погоду и в условиях недостаточной освещен-

ности, портом для вывода данных на компьютеры типа IBM PC, а также внутреннее запоминающее устройство с объемом памяти не менее 256 Кбайт; дополнительно может поставляться сменное запоминающее устройство (карта памяти) с необходимым объемом памяти. Число разрядов, способы передачи, приема и разделения сигналов указывают в стандартах и технических условиях на приборы конкретных типов.

4.2.8 К геодезическим приборам с программным обеспечением предъявляют следующие требования:

- возможность передачи информации на внешнее устройство для хранения и обработки информации;
- введение поправок в измеренные значения геодезических величин;
- автоматическое вычисление функций измеренных величин;
- решение типовых геодезических задач.

4.2.9 Геодезические приборы должны быть работоспособными при воздействии климатических факторов внешней среды, приведенных в таблице 1. Брызго- и пылезащищенные приборы должны сохранять работоспособность при воздействии пыли и дождя.

В стандартах и технических условиях на приборы конкретных типов, в зависимости от назначения и условий эксплуатации, допускается устанавливать расширенный диапазон климатических воздействий и вводить дополнительные требования по другим факторам внешней среды, не указанным в настоящем стандарте.

Таблица 1

Приборы	Рабочее значение температуры воздуха, °С		Относительная влажность при 20 °С, %
	верхнее	нижнее	
Высокоточные оптико-механические: - теодолиты, - нивелиры	+50 +50	-30 -35	95
Высокоточные оптико-электронные	+40	-10	
Точные и технические оптико-механические и механические	+50	-40	98
Точные и технические с электронным режимом работы	+50	-20	95

4.2.10 Требования безотказности, долговечности, ремонтпригодности, критерии отказов и предельных состояний устанавливают в стандартах и технических условиях на приборы конкретных типов.

Критерии отказов и предельных состояний устанавливают с учетом требований 4.2.2—4.2.4, 4.2.9.

#### 4.3 Требования к составным частям и комплектующим изделиям

4.3.1 Съёмные элементы конструкции снабжают приспособлениями для предотвращения саморазъединения в рабочем положении приборов.

4.3.2 Детали приборов, используемые при юстировке и ремонте, изменение положения которых при эксплуатации не допускается, следует фиксировать стопорением, краской, специальными устройствами, предохранителями и т. п.

4.3.3 В комплект прибора включают эксплуатационную документацию по ГОСТ 2.601 и по заказу потребителя — ремонтную документацию по ГОСТ 2.602.

#### 4.4 Маркировка и упаковка

4.4.1 Маркировку выполняют на приборе и упаковке способами, обеспечивающими ее четкость и сохранность в течение всего срока службы прибора.

4.4.2 Маркировка прибора должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение прибора или его наименование;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год выпуска.

4.4.3 Упаковка геодезических приборов включает укладочный ящик (футляр) и/или чехол. В упаковке допускается размещать запасные части, принадлежности, материалы и инструменты, необходи-

мые для технического обслуживания прибора. Приборы и принадлежности надежно закрепляют в упаковке.

4.4.4 Маркировка упаковки содержит шифр и порядковый номер прибора.

4.4.5 Укладочный ящик (футляр) снабжают приспособлением для переноски.

4.4.6 Конструкция укладочных ящиков (футляров) должна обеспечивать брызго- и пылезащищенность геодезических приборов.

Допускается не предъявлять указанное требование при брызго- и пылезащищенном исполнении геодезических приборов.

## 5 Правила приемки

5.1 Геодезические приборы серийного производства подвергают приемо-сдаточным, периодическим, типовым и контрольным испытаниям на надежность. Геодезические приборы единичного производства подвергают приемо-сдаточным испытаниям.

5.2 На приемку предъявляют приборы в полном комплекте, отъюстированными и проверенными на работоспособность.

5.3 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый геодезический прибор. Состав, объем и последовательность проведения испытаний устанавливают в стандартах и/или технических условиях на приборы конкретных типов.

5.4 Периодические испытания проводят не реже одного раза в два года. Испытаниям подвергают, как правило, не менее трех образцов из числа приборов, прошедших приемо-сдаточные испытания, на соответствие всем требованиям стандартов (технических условий) на приборы конкретных типов, кроме требования ремонтпригодности.

Результаты испытаний считаются отрицательными, а приборы не выдержавшими испытания, если будет обнаружено несоответствие хотя бы одному требованию стандарта. В этом случае прибор возвращают для проведения анализа причин несоответствия, а отгрузку приборов прекращают.

Повторные периодические испытания проводят после осуществления мер по устранению причин несоответствия; испытания проводят в полном объеме периодических испытаний на удвоенном количестве приборов. Приборы, прошедшие периодические испытания с положительными результатами, подлежат отгрузке потребителям.

5.5 Типовые испытания проводят после внесения изменений в конструкцию, материалы и технологию изготовления, влияющих на метрологические и эксплуатационные характеристики приборов. Объем и состав испытаний устанавливают в технических условиях с учетом характера внесенных изменений.

5.6 Контрольные испытания на надежность подразделяют на безотказность, долговечность и ремонтпригодность.

Контрольные испытания на безотказность и долговечность допускается совмещать с очередными периодическими испытаниями; контрольные испытания на ремонтпригодность проводят один раз при утверждении типа средства измерений.

Для вновь разрабатываемых и модернизируемых приборов испытания на надежность допускается проводить на образцах из установочной серии.

## 6 Методы испытаний

6.1 Внешний вид, комплектность, маркировку, упаковку (см. 4.2, 4.3 и 4.4) проверяют визуально и сличением с конструкторской документацией на прибор.

6.2 Работу подвижных частей (см. 4.2.2) и составных элементов конструкции (см. 4.3.1), крепление деталей приборов (см. 4.3.2) проверяют опробованием; требования к источникам питания (см. 4.2.6), табло, запоминающим устройствам (см. 4.2.7), программному обеспечению (см. 4.2.8) проверяют опробованием и сличением с документацией.

6.3 Диапазон перемещения окуляров оптических систем (см. 4.2.3) проверяют наблюдением штрихов в фокальной плоскости окуляра через диоптрийную трубку. Окуляр последовательно устанавливают в крайние положения и для каждого делают отсчеты по шкале диоптрийной трубки после ее фокусирования по штрихам в фокальной плоскости окуляра. Полученные отсчеты соответствуют верхнему и нижнему пределам диапазона перемещений окуляра.



6.4 Наличие прямого/обратного изображения проверяют визуально. Четкость изображения шкал и сеток в поле зрения оптических систем (см. 4.2.4) проверяют сравнением с эталонным (контрольным) образцом, утвержденным в установленном порядке.

6.5 Предел разрешения зрительной трубы (см. 4.2.4) проверяют по ГОСТ 15114.

Качество изображения, даваемого зрительной трубой, оценивают визуально на оптической скамье по изображению миры и дифракционному изображению точечной диафрагмы. Качество изображения зрительной трубы должно соответствовать утвержденному образцу.

6.6 Коэффициенты пропускания  $\tau$  и рассеяния  $S$  зрительной трубы (см. 4.2.4) определяют на шаровой фотометрической установке.

Коэффициент  $\tau$  вычисляют по формуле

$$\tau = \frac{\Phi}{\Phi_0}, \quad (3)$$

где  $\Phi$  — световой поток, прошедший через зрительную трубу и принятый фотозлектрическим индикатором, лм;

$\Phi_0$  — световой поток, излучаемый фотометрической установкой, лм.

Коэффициент  $S$  вычисляют по формуле

$$S = \frac{E_1}{E_2}, \quad (4)$$

где  $E_1$  — яркость создаваемого зрительной трубой абсолютно черного тела, расположенного на равномерном по освещению фоне внутренней части шарового фотометра, лк;

$E_2$  — яркость изображения фона, лк.

Погрешности определения коэффициентов  $\tau$  и  $S$  — не более 5 %.

6.7 Испытания на соответствие требованиям 4.2.9 проводят в камере тепла/холода. Отклонения значений температур в камере тепла/холода от заданных режимов не должны превышать 3 °С.

Допускается помещать прибор в камеру с заранее установленными режимами и извлекать из камеры без изменения режима.

При испытании приборов на воздействие температуры плюс 50 °С и минус 50 °С (см. 7.4), приборы помещают в камеру тепла/холода в укладочном ящике (фулляре). Отклонения значений температур в камере тепла/холода от заданных режимов не должны превышать 3 °С.

Время выдержки приборов в камере и после извлечения из камеры, а также перечень контролируемых характеристик должны быть указаны в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.

По окончании испытаний приборы извлекают из камеры тепла/холода и проверяют на соответствие требованиям, установленным в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.

6.8 При испытании на воздействие повышенной влажности (см. 4.2.9) приборы помещают в камеру влаги при температуре  $(20 \pm 3)$  °С. Относительную влажность повышают в соответствии с указанной в таблице 1.

Время выдержки прибора в камере влаги, выбираемое из ряда: 2, 4, 8, 16 ч, устанавливают в стандартах и технических условиях на конкретные типы приборов.

По окончании испытаний приборы извлекают из камеры влаги и проверяют на соответствие требованиям, установленным в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.

Допускается помещать прибор в камеру влаги с заранее установленным режимом.

6.9 При испытании на брызгозащищенность по 4.2.9 приборы брызгозащищенного исполнения помещают в камеру дождя и не менее 0,5 ч и подвергают равномерному обрызгиванию со всех сторон водой под углом 45° к горизонту интенсивностью  $(4 \pm 1)$  мм/мин. Температура воды должна быть  $(15 \pm 10)$  °С, а температура воздуха не ниже указанной для воды.

При испытании на брызгозащищенность по 4.4.6 приборы обычного исполнения испытывают в упаковке при аналогичном режиме.

По окончании испытаний приборы извлекают из камеры дождя и проверяют на соответствие требованиям, установленным в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.

6.10 При испытании на пылезащищенность по 4.2.9 приборы пылезащищенного исполнения помещают в камеру пыли и обдувают просушенной пылевой смесью, содержащей 60 %—70 % песка, 12 %—20 % мела, 15 %—20 % каолина. Количество смеси должно составлять 0,1 % полезного объема камеры. Размеры частиц пылевой смеси не должны быть более 0,2 мм.

Испытания проводят в течение 0,5 ч при скорости воздушного потока 5—15 м/с.

При испытании на пылезащищенность по 4.4.6 приборы обычного исполнения испытывают в упаковке при аналогичном режиме.

По окончании испытаний приборы извлекают из камеры пыли и проверяют на соответствие требованиям, установленным в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.

6.11 При испытании на вибростойкость (см. 7.6) приборы в упаковке помещают в амортизационные ящики (при их наличии), затем укладочный (амортизационный) ящик жестко крепят к столу вибростенда и проводят испытания в заданном режиме. Время испытаний выбирают из ряда: 1, 2, 3 ч. Режим вибрационных нагрузок приведен в таблице 2.

Таблица 2

Приборы	Частота вибрации, Гц	Ускорение, м/с <sup>2</sup> (g)		
		многократные удары		одиночный удар
Высокоточные	20—60	9,8 (1)	98 (10)	196 (20)
Точные и технические	20—80	49 (5)	147 (15)	294 (30)

Приборы считают выдержавшими испытания, если они после испытаний на воздействие вибраций и ударные нагрузки удовлетворяют требованиям стандартов или технических условий на приборы конкретных типов.

6.12 При испытании на стойкость к воздействию ударных нагрузок (см. 7.6) приборы в упаковке помещают в упаковочные (амортизационные) ящики (при их наличии), жестко крепят на столе ударного стенда и подвергают в течение 0,5 ч воздействию многократных ударов (общее число ударов не менее 3000, длительность ударного импульса 3—5 мс). Затем проводят испытания при воздействии одиночных ударов [число ударов выбирают из ряда: 1, 3, 5, 10; длительность ударного импульса  $(3 \pm 1)$  мс]. Режим ударных нагрузок при проведении испытаний указан в таблице 2.

Испытания на воздействие многократных ударов допускается заменять транспортированием по грунтовым дорогам со скоростью 20—40 км/ч на расстояние не менее 200 км.

Приборы считают выдержавшими испытания, если они после испытаний на стойкость к воздействию ударов удовлетворяют требованиям стандартов или технических условий на приборы конкретных типов.

6.13 Безотказность и долговечность (см. 4.2.10) подтверждают результатами контрольных испытаний на надежность по методике, указанной в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.

При наличии методики, разработанной и согласованной в установленном порядке, допускается для вновь разрабатываемых и модернизируемых приборов подтверждать показатели надежности расчетно-экспериментальными методами по ГОСТ 27.410.

## 7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортировать упакованные геодезические приборы, а также составные части и принадлежности приборов допускается транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте. Транспортирование приборов с ограниченными условиями транспортирования — по стандартам или техническим условиям на приборы конкретных типов.

7.2 Геодезические приборы в упаковке укладывают в транспортную тару и укрепляют способом, обеспечивающим сохранность приборов и упаковки.

В транспортную тару вкладывают сопроводительный документ, содержащий обозначение прибора и число приборов в таре.

7.3 Транспортная маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192 с обязательным нанесением манипуляционных знаков, соответствующих надписям: «Верх», «Хрупкое. Осторожно», «Бережь от влаги» или предупредительных надписей о способах обращения с грузом.

7.4 Условия транспортирования приборов в части воздействия климатических факторов внешней среды: для умеренного и холодного климата — по группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150, для влажного тропического климата — по группе 3 (Ж3) по ГОСТ 15150.

7.5 Геодезические приборы рекомендуется хранить в упаковке.

Условия хранения приборов на складах — по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150.

При сроке хранения более 6 мес. приборы консервируют по группе 1 (Л) по ГОСТ 9.014.

7.6 Геодезические приборы в упаковке должны выдерживать в процессе транспортирования вибрационные и ударные нагрузки.

В стандартах и технических условиях на приборы конкретных типов допускается устанавливать расширенный диапазон механических воздействий.

## 8 Требования безопасности

Требования к безопасности геодезических приборов устанавливаются в стандартах и технических условиях на конкретные типы приборов в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0. При проведении топографо-геодезических работ необходимо руководствоваться правилами [1].

## 9 Указания по эксплуатации

9.1 Требования, необходимые для обеспечения заданных характеристик приборов в процессе их эксплуатации, указываются в стандартах, технических условиях и эксплуатационной документации на приборы конкретных типов.

9.2 В эксплуатационной документации рекомендуется указывать:

- номинальные значения аддитивных и мультипликативных членов уравнений измерений геодезическими приборами;
- формулы для расчета поправок за влияние внешних воздействующих факторов (температуры, атмосферного давления, влажности);
- раздел «Методы и средства поверки» (для средств измерений);
- методику выполнения измерений — в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563;
- допустимые значения режимов транспортирования, хранения и условий эксплуатации.

## 10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям настоящего стандарта и стандартов или технических условий на приборы конкретных типов при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации и хранения устанавливаются в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.

Приложение А  
(рекомендуемое)

**Виды и условные обозначения геодезических приборов**

Таблица А.1

Вид прибора	Условное обозначение	Вид прибора	Условное обозначение
Буссоль геодезическая	Б	Планиметр	П
Высотомер геодезический	В	Прибор вертикального проектирования	ПВП
Гиротеодолит	ГТ	Радиодальномер	РД
Дальномер геометрического типа	Д	Рейка нивелирная	РН
Искатель геодезический	И	Светодальномер	С
Кипрегель	К	Сканер лазерный геодезический	СЛ
Лазерный дальномер (безотражательный)	ДЛ	Спутниковый приемник геодезический	СП
Лазерный построитель плоскостей	ЛП	Теодолит	Т
Нивелир оптико-механический	Н	Тахеометр номограммный	ТаН
Нивелир с цифровым отсчетом	НЦ	Тахеометр электронный	Та

**Приложение Б**  
**(рекомендуемое)**

**Перечень основных параметров и характеристик геодезических приборов,  
подлежащих включению в технические условия и стандарты**

- 1 Показатели назначения (номенклатура по ГОСТ 4.417).
- 2 Показатели надежности (номенклатура по ГОСТ 4.417).
- 3 Показатели экономного использования материалов и энергии (номенклатура по ГОСТ 4.417).
- 4 Угловое поле зрения трубы.
- 5 Диаметр входного или выходного зрачка зрительной трубы.
- 6 Цена деления уровня.
- 7 Диапазон работы и погрешность работы компенсатора (или датчика углов наклона).
- 8 Состав программного обеспечения (для электронных тахеометров).
- 9 Длина волны и мощность излучения лазера (для лазерных приборов).
- 10 Тип лазера и частота сканирования (для лазерных сканеров).
- 11 Тип приемника и число каналов спутниковой геодезической аппаратуры.
- 12 Режим модуляции несущей частоты и тип кода (для спутниковых приемников).
- 13 Коэффициент дальномера (высотомера или преобразователя).
- 14 Качество защитно-декоративных покрытий.

**Библиография**

- [1] ПТБ—88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических и картографических работах. Главное управление геодезии и картографии, М., 1990

---

УДК 528.512:006.354

ОКС 17.180

П42

ОКП 44 3300

Ключевые слова: геодезические приборы, классификация, условные обозначения, основные параметры, технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя, требования безопасности, указания по эксплуатации

---

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *Р.А. Ментова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 14.06.2011. Формат 60 × 84  $\frac{1}{8}$ . Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,10. Тираж 30 экз. Зак. 490.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.  
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 8.