



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2017

Москва

№ 731

О внесении изменений
в санитарные правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.3289-15
«Гигиенические требования
по обеспечению радиационной
безопасности при обращении
с источниками, генерирующими
рентгеновское излучение
при ускоряющем напряжении до 150 кВ»,
утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 20.07.2015 № 32



В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1, (ч. I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 1 (ч. I), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. I), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. I), ст. 11; № 27, ст. 3951, № 29 (ч. I), ст. 4339; № 29 (ч. I), ст. 4359; № 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, № 27 (ч. I), ст. 4160; № 27 (ч. II), ст. 4238; 2017, № 27, ст. 3932; № 27, ст. 3938; № 31 (ч. I), ст. 4765; № 31 (ч. I), ст. 4770) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-

эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:

Внести изменения в санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ» (приложение)*.



А.Ю. Попова

* Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.07.2015 № 32 (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2015, регистрационный номер 38534).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 30.10.2017 № 131

**ИЗМЕНЕНИЯ В САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
САНПИН 2.6.1.3289-15 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ С ИСТОЧНИКАМИ, ГЕНЕРИРУЮЩИМИ
РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ УСКОРЯЮЩЕМ
НАПРЯЖЕНИИ ДО 150 КВ»**

1. В пункте 2.8 исключить словосочетание: «согласно пункту 6.4 ОСПОРБ 99/2010».

2. Второй абзац пункта 2.9 изложить в следующей редакции:

«Освобождение от контроля установок 1 группы, содержащих источники низкоэнергетического рентгеновского излучения, производится в соответствии с пунктом 1.7.2 ОСПОРБ-99/2010¹.».

3. В первом абзаце пункта 2.11 заменить слово: «котировочных» на слово: «юстировочных».

4. Второй абзац пункта 2.11 изложить в следующей редакции:

«Администрацией радиационного объекта разрабатывается и утверждается инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях и план мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии. План мероприятий по защите персонала в соответствии с пунктом 6.4 ОСПОРБ-99/2010² согласовывается с территориальным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.».

5. В пункте 2.13 заменить словосочетание: «по письменному разрешению администрации организации» на словосочетание: «по письменному разрешению руководителя организации или уполномоченного им лица».

6. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«Выпуск опытных образцов установок с источниками низкоэнергетического рентгеновского излучения осуществляется в соответствии с пунктом 3.4.14 ОСПОРБ 99/2010³.».

¹ Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 11.08.2010, регистрационный номер 18115), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 № 43 (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2013, регистрационный номер 30309) (далее - СП 2.6.1.2612-10 от 26.04.2010 № 40).

² СП 2.6.1.2612-10 от 26.04.2010 № 40.

³ СП 2.6.1.2612-10 от 26.04.2010 № 40.

7. В пункте 3.5 второе предложение изложить в следующей редакции: «Конструкция блокировок должна исключать возможность их отключения без нарушения пломб изготовителя.».

8. В пункте 4.2 заменить словосочетание: «в детских учреждениях» на словосочетание: «в детских организациях».