

Поправка к ГОСТ Р 54904—2012 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 4	- температура окружающего воздуха (20 ± 10) °С; - напряжение в электросети . . . (220 ± 20) В; - частота тока в электросети (50 ± 1) Гц; - относительная влажность воздуха (55 ± 25) %.	- температура окружающего воздуха от 15 °С до 30 °С ; — — - относительная влажность воздуха от 20 % до 80 %.

(ИУС № 7 2017 г.)