

Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ПРЕДМЕТЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

Группа Р22

к ГОСТ 18856—81 Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких. Общие технические требования. Методы испытаний (Переиздание, август 1989 г. с изменениями № 1, 2, 3, 4)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.21	—	2.21. В аппаратах, предназначенных для применения взрывоопасных наркотизирующих веществ, электрическое сопротивление между зажимом или контактом защитного заземления и шиной каждого колеса не должно превышать $6 \cdot 10^5$ Ом

(ИУС № 1 1991 г.)