

**83 РЕЗИНОВАЯ, РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ,
АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

ОКС 83.140

Изменение № 2 ГОСТ Р 52239—2004 (ИСО 11193-1:2002) Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.06.2012 № 119-ст

Дата введения — 2013—01—01

Обозначение стандарта; предисловие, пункт 4. Заменить ссылку: (ИСО 11193-1:2002) на (ИСО 11193-1:2008).

Титульный лист. Заменить ссылку: ISO 11193-1:2002 на ISO 11193-1:2008 .

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ Р ИСО 15223—2002 на ГОСТ Р ИСО 15223-1—2010, наименование дополнить словами: «Часть 1. Общие требования».

Пункт 6.3.2. Таблица 3. Показатель 3. Для перчатки типа 2 заменить значение: 7,0 на 6,0.

Пункт 6.3.3 дополнить абзацем:

«Испытания проводят в течение 2 мес с даты получения перчаток потребителем. Если дата изготовления неизвестна или с момента получения перчаток потребителем прошло более 3 мес, характеристики усилия и удлинения при разрыве должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3, после ускоренного старения».

(ИУС № 2 2013 г.)