

**Изменение № 3 ГОСТ 11196—74 Уровни с микрометрической подачей ампулы.
Технические условия**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.08.89 № 2573

Дата введения 01.02.90

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 2.12. Первый абзац. Заменить слова: «на стебле и барабане» на «на барабане».

Пункт 2.17. Таблица 3. Заменить обозначение: НВ 170 на НВ 140.

Пункт 2.20. Первый абзац изложить в новой редакции: «Средняя наработка на отказ уровней типа 1 должна быть не менее 70000, а типа 2 — не менее 40000 условных измерений».

Пункт 2.21 изложить в новой редакции: «2.21. Срок сохраняемости уровней должен быть не менее 2 лет».

Пункт 2.22. Заменить слова: «пять лет» на «должен быть не менее 5 лет»; после слова «базовых» дополнить словом: «поверхностей».

(Продолжение см. с. 304)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11196—74)

Пункт 2.22а изложить в новой редакции: «2.22а. Установленный полный срок службы — не менее 1 года».

Пункт 2.24 после слова «уровней» дополнить словами: «соответствующих требованиям табл. 2».

Пункт 2б.3 изложить в новой редакции: «2б.3. Периодические испытания проводят не менее чем на трех уровнях каждого типа из числа прошедших приемочный контроль не реже раза в три года на соответствие всем требованиям настоящего стандарта, кроме пп. 2.20—2.22б.

Испытания считают удовлетворительными, если все испытанные уровни соответствуют этим требованиям.

Подтверждение показателей надежности (пп. 2.20—2.22б) проводят не реже одного раза в три года по программам испытаний на надежность, разработанным в соответствии с ГОСТ 27.410—87 и утвержденным в установленном порядке».

Пункт 2в.3 дополнить абзацем: «Испытания уровней проводят в транспортной таре: сначала при температуре минус (50 ± 3) °С, затем плюс (50 ± 3) °С и далее при влажности (95 ± 3) % и температуре 35° С. Выдержка в климатической камере по каждому виду испытаний — не менее 2 ч. После испытаний погрешности уровней не должны превышать значений, указанных в табл. 2».

(Продолжение см. с. 305)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11196—74)

Пункт 2в.4 исключить.

Пункт 3.2а. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Гарантийный срок эксплуатации — 18 мес со дня ввода уровней в эксплуатацию».

(ИУС № 12 1989 г.)